

平成29年3月29日

放射能試験測定結果報告書

寿楽園茶舗御中

福島市産業創出推進室長

平成29年3月28日に依頼のありました検体についての放射能試験測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	野草樹麗茶	
製造年月日 (もしくは製造ロット番号)	H29.3.25	
結果	核種名	測定結果 (単位: Bq/kg)
	放射性セシウム (セシウム-134)	検出せず
	放射性セシウム (セシウム-137)	検出せず
	放射性セシウム (セシウム-134とセシウム-137の合計)	検出せず
測定器	ATOMTEX社製 NaIシンチレーション検出器 AT-1320	
測定条件	検体重量: 1000g 測定時間: 3600秒	
検出下限値	核種ごとに10Bq/kg	
測定方法	平成24年3月1日厚生労働省通知の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準拠して測定を行った。	
測定場所	産業交流プラザ	
測定日	平成29年3月29日	
備考	・測定結果の「検出せず」は、10Bq/kg未満です。 ・この測定値は持ち込まれた検体に対する結果であり、当該製品全ての測定結果ではありませんので、製品の試験測定結果等をパッケージやパンフレット等に記載することは、ご遠慮下さい。	